# Mobilní aplikační stolek

PT149

**Pojízdný stolek pro zdravotnický materiál s integrovanou stíněnou nádobou na kontaminovaný odpad.**

Stolek slouží k odložení běžného zdravotnického materiálu na desku stolu a polici a k odložení použitého materiálu kontaminovaného ionizujícím zářením do stíněné nádoby a k jeho přepravě.

Snižuje riziko expozice ionizujícímu záření a kontaminace při manipulaci s radioaktivními látkami. Dvě kolečka s brzdou spolehlivě zastaví stolek na zvoleném místě.

Do stíněné nádoby se vkládá plastová nádoba na odpad o průměru 155 mm a výšce 300 mm. Zvýšené okraje desky zachytí náhodně rozlitou kapalinu a omezují pád předmětů na zem.



## Hlavní části

- **Rám** – nerezová konstrukce ze čtvercových profilů s volně otočnými kolečky v nohách, dvě z nich s brzdou
- **Deska stolu s nádobou na odpad** – nerezová deska se zvýšenými okraji a integrovanou stíněnou nádobou na odpad; stínění nádoby a víka 5 mm nebo 20 mm Pb
- **Police** – nerezový plech s ohnutými hranami
- **Otočné víko** – ocelové víko se žlutým vypalovaným epoxidovým povlakem, uvnitř kruhové olověné stínění 20 mm, nebo plné víko (ekvivalent 5 mm Pb), s rukojetí

## Rozměry

| | |
|---|---|
| Max. výška | 907 mm |
| Max. šířka | 630 mm |
| Max. délka | 920 mm |
| Výška desky stolu | 820 mm |
| Výška police | 405 mm |
| Vnitřní průměr nádoby | 170 mm |
| Vnitřní výška nádoby | 305 mm |
| Průměr kolečka | 100 mm |
| Nosnost | 60 kg |

## Hmotnost

| | |
|---|---|
| Provedení 5 mm Pb | 50,5 kg |
| Provedení 20 mm Pb | 87,6 kg |

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz



Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ